

(管理番号)

F51026

FileMker入力

責任者

検査担当者

川上

坂野



# ターボポンプ動作確認チェックシート

検査日	2018年 3月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)				
商品名	ターボポンプ	電源電圧	3相 単相	200V W	冷却法	水冷
型式	FT-2200W-W111	周波数	(50)・(60)Hz	軸受タイプ	磁気浮上	
メーカー名	三菱重工	吸気フランジ	VG200			
機械Ser.No	P・E-0102 / C・E-0089	排気フランジ	NW-40			
製造年月	1996年11月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 到達圧力  $4.3 \times 10^{-3}$  Pa (ノーマル回転点灯時の値です。)
2. 稼働時間 93,740 H ? (電池切れ? 表示薄くはつきり読めません)
3. 動作音等、異常無



取扱説明書(有○無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)

動作(○K・NG) 工数 [ 3.0 H ]