

動作確認チェックシート

検査日	2017年12月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	卓上引張圧縮試験機	電源電圧		
型式	FB	定格容量		
メーカー名	今田製作所	最小表示	0.2Kg	
機械Ser.No	102097	測定範囲	0.2~20kg未満	
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作		
3 SW設定	SWの機能は正常か。	
4 絶縁抵抗	ライン、匡体間 (テスタで確認。…メガΩテスタ使用の場合は部品破損注意)	
5 電源		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 デジタルフォースゲージ 正常作動(アナログメーター)
- 2 スタンド 正常作動(手動、上下位置移動、押し込み、ひきあげ)
- 3 動作 弊社Kgfで確認分銅使用
- 4 付属品 一部有り



表示

荷重	(実測値)押し	(実測値)引き
2kg	2kg	2kg
10kg	10kg	10kg

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

