

管理番号

F4.1918.

動作確認チェックシート

検査日	2017年4月 4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドラフトチャンバー	電源電圧	単相100V,100VA		
型式	W1500	周波数	50/60Hz		
メーカー名	ダルトン	大きさ(W×D×H)	1500×900×1990mm	扉開時h=2175	
機械Ser.No	D4277	排気ダクト径	φ256		
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△(※)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

※一部塗装剥がれ、傷、ネジ穴跡の部分あり

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 上下扉開閉動作問題なし。
蛍光灯点灯・消灯、コンセント電圧問題なし。



取扱説明書(有) (無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2017年4月3日	蛍光灯安定器が60Hz専用のため廃止。LEDに変更して50/60Hz対応とした。	野沢

File Maker入力
動作 OK NG 作業工数[11H]
検査担当者[野沢]

(備考欄コメント)

[責任者]

