

(管理番号)

GA1179

FileMker入力

責任者

検査担当者



坂野

クライオポンプ動作確認チェックシート

検査日	2018年 5月 30日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	クライオコンプレッサー	電源電圧	(3相) 200V 単相 W	
型式	V204SC508KN	周波数	(60)・(60) Hz	
メーカー名	DAIKIN	吸気フランジ	VG-200	
機械Ser.No	6850006	排気フランジ		
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. クールダウン時間 20K 80M
 2. 到達圧力 1.7×10^{-4} Pa (20K到達時の値です。)
 3. 到達温度 11.9 K
- 動作音、異音、性能等特に異常無 良品と判断します。 TEST用コンプレッサー 104EWA



取扱説明書(有○無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)
動作(OK)・NG [工数 3.0 H]