

管理番号

H20532

## 動作確認チェックシート

検査日	2018年8月28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	AC100V5. 6/4. 8	オイル量	500~600mL
型式	GCD-051X	周波数	(50 / 60)Hz	外寸wxdxh	166x420x223
メーカー名	アルバック	排気量	50/60L/min	吸気	NW25
機械Ser.No	93399	オイル	SO-M	排気	NW25
製造年月		到達圧力	6. 7x10 <sup>-2</sup> Pa	重量	14. 1kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 絶縁抵抗	ライン、匡体間 (テストで確認。…メガΩテスト使用の場合は部品破損注意)	○
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

弊社真空度計で6.8x10<sup>-2</sup>Paを確認。1H連続運転問題なし。



取扱説明書(無)

ミストトラップ別



## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

