管理番号

HC0056

動作確認チェックシート

検査日	2018年 6月 8日	（機械の仕様・規格を記入する。）	
商品名	抵抗加熱蒸着機	電源電圧	AC200v 30A
型式	BC6079	装置外寸	2200x1000x1600/580x900x1850
メーカー	アルバック	ワークサイズ	φ64
製造番号	MB01-1036		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 装置電源投入、到達圧力、準備室2x10-3 成膜室2x10-4Paを確認。タングステン線にて放電確認済み。

2 蒸発源の切替、電流コントロール動作OK。基盤加熱コントロール動作OK。

3 膜厚計、チャンバーベイキングは未確認、基盤ホルダー、フィラメントは無い。



操作説明書（有り）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK）　作業工数[20H]

検査担当者[　横内　]

ユーザー名 [　　] 出荷日　　年　　月　　日