

(管理番号)

I40211

FileMker入力

責任者

検査担当者

川上

坂野

ターボポンプ動作確認チェックシート

検査日	2018年 8月 31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ターボポンプ	電源電圧	3相 単相 200V W	冷却法	水冷
型式	V2804-LM	周波数	(50)・(60) Hz	軸受タイプ	磁気浮上
メーカー名	島津製作所	吸気フランジ	VG-250		
機械Ser.No	WJA0123	排気フランジ	NW-40		
製造年月	2012年9月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 稼働時間 表示無
 - 到達圧力 1.5×10^{-3} Pa (ノーマル運転ランプが無い為、通常10分程度でノーマル運転になる機種が多いので回転開始10分後の圧力を計測)
- ※ポンプ、コントローラ 一体型



取扱説明書(有○無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)
動作(OK・NG) 工数 [3.0 H]