

0 67 247

ヘパフィルターユニット動作チェックシート

FileMaker入力	交換済	検査担当者
		中野

検査日	20年 / 月 18 日		
型式	ATMML-A-163	電源電圧	100V
メーカー名	日本電気	周波数	(50・60)Hz
機軸Ser.No	68540		
製造年月	年	月	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ・フィルター等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異常・異音・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 保管・出荷準備	ビス締め・給油・プレフィルター交換・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
4 確認シール	動作確認済シールを貼る(上巻)	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を病にす事を確認する。

取扱説明書(給・給)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)
動作(OK・NG)