

(管理番号)  
C 57905

FileMaker入力	責任者	検査担当者
		伴 尾

## ヘパフィルターユニット動作チェックシート

検査日	09年 2月 24日		
型式	AMU-03	電源電圧	3相 3線制 100 V
メーカー名	AIRTECH	周波数	(50・60)Hz
機械Ser.No	A12838235		
製造年月	年	月	

チェック項目	主な確認内容	チェック(O×)
1 外観	筐体・スイッチ・フィルター等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	O
2 起動動作	POWER ONE時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	O
3 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・プレフィルター交換・入庫元に関するシール等を取り除く。	O
4 確認シール	動作確認済シールを貼る(上部)	O

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

取扱説明書(有・無)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造内容	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)  
動作(O×NG)