

管理番号

F30812

動作確認チェックシート

検査日	2020年 8月 31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシマティックインジケータ	最小単位	0.001mm		
型式	ID-S112	測定範囲	0~12.7mm		
メーカー名	ミツトヨ				
機械Ser.No	1570				
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き、ビス締め、清掃、入庫元に関するシール等を取り除く	○
5 確認シール	動作確認済シールを張る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

ハイトマスター測定結果

	実測値	差		実測値	差
0.5	0.5	0	6.5	6.496	-0.004
1.0	1.0	0	7.0	6.996	-0.004
1.5	1.5	0	7.5	7.495	-0.005
2.0	1.999	-0.001	8.0	7.995	-0.005
2.5	2.498	-0.002	8.5	8.495	-0.005
3.0	2.998	-0.002	9.0	8.994	-0.005
3.5	3.497	-0.003	9.5	9.494	-0.006
4.0	3.997	-0.003	10.0	9.994	-0.006
4.5	4.497	-0.003	10.5	10.497	-0.003
5.0	4.997	-0.003	11.0	10.991	-0.009
5.5	5.497	-0.003	11.5	11.492	-0.008
6.0	5.997	-0.003	12.0	11.993	-0.007
			12.5	12.491	-0.009

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[渡邊(邦)]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

