

(管理番号)
F31144

入力	責任者	検査担当者
		坂野


ターボポンプ動作確認チェックシート

検査日	2023年 2月 16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ターボポンプ	電源電圧	単相100・200V	冷却法	空冷
型式	TG450FBAB-60	周波数	50・60Hz	軸受タイプ	ベアリング
メーカー名	大阪真空	吸気フランジ	ISO-160		
機械Ser.No	P・1211/C・AA003305-14	排気フランジ	NW-25		
製造年月	2006年				

チェック項目		チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 稼働時間 42,162 H
- 到達圧力 6.67×10^{-4} Pa
- アラーム発生無 異音震動等異常無 良品と判断する。



加速状態



ノーマル状態



到達圧力

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

入力 (備考欄コメント)
動作(OK)