

管理番号

F40191

動作確認チェックシート

ねじ締カウンタ

検査日	2016年 7月 14日			
型式	DLR5040-WN	電源電圧	1φ 100V	
メーカー名	NITTO KOHKI	周波数	(50/60)Hz	
機械Ser.No	643128			
製造年月	—			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
4 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
5 SW設定	SWの機能は正常か。	○
6 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 電源投入確認—問題なし。
- 2 ドライバー部確認—左右回転動作問題なし。



取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK・NG)

作業工数[1 H]

検査担当者[

雨宮(耕)]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

