

管理番号

**F40743**

# 動作確認チェックシート

検査日	2017年 4月 21日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	小型遠心分離器	電源電圧	100V 単相	
型式	VS-100B	周波数	50/60 Hz	
メーカー名	エルエムエス	ホルダー数	8	
機械Ser.No	EX0310	最高回転数	不明	
製造年月	2003.03.28			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ 電源SW(フタ) 確認

◎ 動作 ○ 回転状況 確認



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]  
 動作(OK) 作業工数[ 2H]  
 検査担当者[ 佐藤 ]  
 ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

