

管理番号

F41167

動作確認チェックシート

検査日	2020年 4月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デジマチックインジケータ	測定範囲	0.1~12.7mm		
型式	ID-S1012B(543-681B)	目量			
メーカー名	ミットヨ				
機械Ser.No	8015279				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容と機器の仕様・規格を満たす事を確認する。)

- POWER. +/-. ORIGIN動作目視確認 OK
- デジタル表示目視確認 OK
- ステム・スピンドル・測定子の傷目視確認 OK
- スピンドル、ストローク目視確認 OK
- 動作確認(単位mm)

ゲージスタンドに11mmのブロックゲージを置き、測定子を上下させ繰り返し精度を確認 OK

ブロック長(11.0mm) 実測値(mm)

1回目 11.00 2回目 11.00 3回目 11.00 4回目 11.00 5回目 11.00

- 測定確認(単位mm) ゲージスタンドに下記寸法のブロックゲージを置き、測定確認 OK

ブロック長	実測値
1.00	1.00
3.00	3.00
5.00	5.00
9.00	9.00
12.00	12.00



測定確認画像



繰り返し精度確認画像

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[8 H]		
検査担当者[廣瀬]		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	

