

管理番号

F41437

# 工業用顕微鏡チェックシート


検査日	2023年5月31日
名称	マイクロスコープ
メーカー	オムロン(株)
型式	VC1000G
S/N	003833
年式	一年 一 月

【外観】



【仕様】

マイクロスコープ	型式: VC-HRM50Z
	SerNo.: 003833
倍率	50x~400x
観察距離(mm)	44
質量(g)	465
映像出力	RGB/SYN,Y/C,VBS
光源	100Wハロゲンランプ
電源電圧	AC100-240V±10%
周波数(Hz)	50/60
外形寸法(mm)	(W)200x(H)110x(D)250
質量k(g)	約4.7



【観察画像】



【50x画像】



【200x画像】



【300x画像】



【400x画像】

チェック項目

■ コンディション	評価
・総合	問題なし。
・外観	問題なし。
・光学系	問題なし。
・駆動系 (SW類含む)	問題なし。
・照明	問題なし。

取扱説明書: 無

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数[ 2.5 hr ]

検査担当者[ 雨宮 ]

