

管理番号

F41713

## 動作確認チェックシート

検査日	2019年3月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	トルクレンチテスター			
型式	350DOTR			
メーカー名	東日	寸法w、d、h	240x500x200	
機械Ser.No	0241S	質量	11.25kg	
製造年月		トルク範囲	1~350kgfcm	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 絶縁抵抗	ライン、匡体間 (テストで確認。…メガΩテスト使用の場合は部品破損注意)	
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 トルクレンチをトルクレンチテスターに固定し左右回転させ確認、テスター350kgf/cmでレンチ33.35N確認。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

