

F41774

動作確認チェックシート

検査日	2022年12月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	トルクテスター	電源電圧	DC8.9V(AC100V~DC変換)	
型式	H-100	周波数		
メーカー名	ハイオス			
機械Ser,No	82022			
製造年月	1995年	最大許容負荷	12N・m	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社トルクレンチを取り付け確認、下表示確認した。
AC~DCアダプター無し、充電電池能力不明、箱付き(取っ手無し)。

CW、本機4. 63N、トルクレンチ4. 711



CCW、本機5. 53N、トルクレンチ5. 39N



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) 校正必要、充電電池能力不明、AC~DCアダプター無し。[責任者]
 動作(OK) 作業工数[2H] ACアダプター購入可(TCH-MULTI)
 検査担当者[上田]
 ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

