

管理番号

UC9A01

動作確認チェックシート (チラー)

検査日	H25年 5月 31日		
型式	CH-2200AS	電源電圧	三相 200V
メーカー名	タイテック	周波数	(50 / 60)Hz
機械Ser.No	5110238	電力	30A Kw
製造年月	年 月	冷却範囲	5 ~ 室温 °C
冷却方式	水冷・空冷	冷却能力	2.2 kcal/h at °C
		最大流量	32/35 l/min
		最大揚程	m at Hz
		水槽容量	55l(液量 l)
		冷媒	R-22
		ヒーター	— kW

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 ポンプ動作	仕様流量の確保。水漏れ、異音の有無。	○
5 温度保持確認	設定温度に保持できるか。(5°C、 °C、 °C)	○
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。
 冷却時間測定 (仕様最低温度まで)
 常温 ~ 5°C 約 30分

取扱説明書(有(無))

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK/NG) 作業工数[2 H]

検査担当者 [小林 重雄]

天野