

(管理番号)
VE3C06

FileMker入力	責任者	検査担当者
		坂野

ロータリーポンプ動作確認チェックシート

検査日	2015年 1月 26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	(3相) 単相 200V W	モーター電流	4.1A
型式	D65B	周波数	(50)・60)Hz		
メーカー名	ライボルト	吸気フランジ	NW-40		
機械Ser.No	20200015265	排気フランジ	NW-40		
製造年月		到達圧力	7.1×10^{-1} Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

※出荷時、200V仕様に結線して有ります。

取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)
動作(OK・NG)