

(管理番号)  
V8A701

FileMker入力	責任者	検査担当者
		坂野

## ターボポンプ動作確認チェックシート

検査日	2014年 10月 16日	(機械の仕様・規格を記入する。)				
商品名	ターボ ポンプ	電源電圧	3相 単相	200V W	冷却法	空冷(水冷)
型式	3300-W111	周波数	(50・60)Hz		到達真空	$8.0 \times 10^{-4}$ pa
メーカー名	三菱重工	吸気フランジ	JIS250			
機械Ser.No	P・045/C・0272	排気フランジ	NW-40			
製造年月	P・'99/11/C・'97/11	稼動時間	35,983H			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

取扱説明書(有・無)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)  
動作(OK・NG)



