

(管理番号)

F60015

FileMker入力

責任者

検査担当者



坂野

ターボポンプ動作確認チェックシート

検査日	2018年 3月 30 日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ターボポンプ	電源電圧	3相 100. 200V 单相 W	冷却法	水冷
型式	STP-H451W	周波数	(50)・(60) Hz	軸受タイプ	磁気浮上
メーカー名	SEIKO SEIKI	吸気フランジ	ANSI 8インチ		
機械Ser.No	MIB5600	排気フランジ	NW-40		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 到達圧力 5.8×10^{-3} Pa (ノーマルランプ点灯時の値です。)
2. ポンプ内部若干の汚れ、羽に成膜有り。
3. ポンプ単体登録。コントローラ SCU-800にて動作確認実施。異音等特に異常無。良品と判断します。



取扱説明書(有○無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)
動作(OK・NG) 工数 [2.0 H]