

管理番号

F70093

動作確認チェックシート

検査日	2018年 7月 27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	RF電源	電源電圧	三相 200.220V 2.2KVA	RFコネクタ	N型
型式	AXR-1000Ⅲ-D50	周波数	50/60 Hz	出力インピーダンス	50 Ω
メーカー名	ADTEC	出力周波数	13.56 MHz	出力調整範囲	0~1010 w
機械Ser.No	10217400001	定格出力	1000 W	空冷	
製造年月	2008年 5月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	未
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER ON/OFF ,RF ON/OFF , MONITOR, MENU 確認

○ MAN/REM, ENTER, RESET, △, ▽ 確認

◎ 表示類 ○ (液晶表示) 状態、数値表示 確認

○ (LED) RF-ON, MANUAL,ALARM 確認

○ (LED) CPU ERR 未確認

◎ 動作 ○ 出力 RF電源 → BIRD4421パワーメータ → ダミーロード(BIRD 8890-300) 2.5KW 接続

出力テスト ARX-1000Ⅲメータ BIRD4421パワーメータ

FWD(w)	REF (w)	FWD	REF
100	0	99.8 w	0.14 w
500	0	496 w	0.84 w
1000	0	992 w	2.13 w



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録			作業者
	SAFETY LOCK解除	REMOTE(50PIN DIN)	5 - 6 PIN ショート	
			11 - 12 PIN ショート	
			13 - 14 PIN ショート	

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

