

管理番号

F70484

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2020年 9月 16日
名称	金属顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	OPTIPHOT
S/N	—
年式	一年 一 月

【外観】




【仕様】

観察法	明視野	鏡筒	三眼鏡筒
照明系	ランプ12V 100W	フィルター	ND32
総合倍率	50x.100x.400.1000x	ステージ	—
対物レンズ	M Plan5x/0.1	ステージストローク	20mm×20mm (マイクロメーター)
	M Plan10x/0.25		
	M Plan20x/0.4	レボルバー	5個穴手動レボルバー
	M Plan40x/0.65		
	100x P/1.25 oil(蛍光観察用)	その他	Nikonランプ電源 UN
接眼レンズ	CF 10x		


視野内画像

チェック項目


■ コンディション	評価
総合	光学系、駆動系問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。
手動レボルバー	問題なし。
取扱説明書	無



5x 明視野画



10x 明視野画



20x 明視野画



40x 明視野画

100x 明視野画像
(蛍光観察用の為
ウエーハはこの様に見えま
す)

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[1.5 hr]

検査担当者[雨宮]

