

管理番号

F70774

動作確認チェックシート

検査日	2020年8月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	小型計測スタンド	寸法w、d、h	180x215x450		
型式	SV 1	最大使用荷重	500N		
メーカー名	イマダ	ストローク長	60mm		
機械Ser.No	110591	重さ	9Kg		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	
3 SW設定	SWの機能は正常か。	
4		
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 ストローク長MAX60mm確認、各動作、部品問題無し、本機はハンドプレスでは無い、プシュプルゲージ用計測スタンドである、プシュプルゲージ取付でMAX1000N荷重、引っ張り、圧縮試験可能。
付属品有、使用法不明。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

