管理番号

FA0267

動作確認チェックシート(引合い時再検査)

(クリーンオーブン)

≪温度範囲≫	
RT+60 ℃～ 200 ℃	

検査日	2017年 5 月 12 日				
型式	PVC－230	電源電圧	(3相) 単相 19AMax 200 V	内寸法(W×D×H)	58x48x108cm
メーカー名	タバイエスペック	周波数	(50)・(60)Hz	架台キャスターなし 外寸法(W×D×H)	79x99x189cm
機械Ser,No	251001670	イナート機構	(有 ・ 無)	送風ファン	((有)・ 無)
製造年月	1995年 月	棚 板	有 4枚 ・ 無	ダンパー機構	自動 ・(手動)・無

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4	温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5	プログラム機能	温度制御機能は正常か。(適当な温度を入力し確認する)	―
6	到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	
7	付加機能	安全装置・ファン・差圧計・ダンパー・記録装置・パトライト等は正常か。	△
8	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
9	確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く	○

最高・最低温度到達時間	
24℃→ 200℃	約 31 分
℃～ 20℃	分
条 件	Ta=22℃

備 考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

注1. 再検査なので一部の検査項目は省略した。

注2. 記録計は同一温度位置で打点し続け変化しない。

清浄度(規格)(クラス100)　　測定値 0/CF 測定器;リオンKR-11　　清浄度 O. K

取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK・NG)　作業工数[5 H]

検査担当者[小林 隆志]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

(備考欄コメント)

200℃ O. K

清浄度 O. K

[責任者]