


動作確認チェックシート

検査日	2020年 12月 21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	防振台	機械Ser,No	_____	付属品	エアレギュレータ
型名	_____	製造年月	_____		
メーカー名	_____	制御	スロットルバルブ		
防振台寸法(テーブル面)	W390×D290×H70		空気ばね		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	AIR ON時に異常(異音・異臭・漏れ・暴走等)はないか。	○
3 姿勢制御SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。→問題なし、クリーニング済み。
- 2、エア漏れはエア封止後、無負荷時と20kgの荷重で0.2MPa~20分放置後の確認。→圧力低下ほとんど無しOK。
- 3、エア加压時、荷重負荷によるの空気ばねの振動減衰動作確認実施。→約0.2MPa時の状態で20kg負荷での確認効果あり。
(フロートテーブル上面に20kg負荷を載せて、スマホの振動測定アプリより除振効果確認。)



床面を振動

テーブル上面振動

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 動作(OK) 作業工数[3H] 検査担当者[小林(克)] ユーザー名【 _____ 】出荷日 年 月 日	(備考欄コメント)	[責任者]
--	-----------	-----------