

動作確認チェックシート

検査日	2017年 11月 28日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	小型スパッタ	電源電圧	3相 200V 75A
メーカー名	パナソニック	機械寸法	800×1120×1555
機械Ser.No	DH528701	ワーク寸法	6in 手置き投入
製造年月	2015年 1月	DC電源	A/E ピナクル 5kw
		ポンプ	アルバック U8H エドワーズE2M18

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 到達圧力:立ち上げから2時間で 4.0×10^{-4} Pa クライオポンプ温度11KELVIN
- 2 Autoモード:出力1kw及び3kw確認 Manualモード:出力1kw及び3kw確認問題無し
- 3 ロータリーポンプ及びクライオポンプ問題無し
- 4 ターゲットΦ300mmCr付属



取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(○)・NG) 作業工数[32 H]

検査担当者[今村]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

