

(管理番号)
G50343

入力	責任者	検査担当者
		坂野

ターボポンプ動作確認チェックシート

検査日	2024年 1月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ターボポンプ	電源電圧	単相 200V	冷却法	水冷
型式	TG550VW	周波数	50・60Hz	軸受タイプ	タイプ
メーカー名	大阪真空	吸気フランジ	VG150		
機械Ser.No	1952	排気フランジ	NW-40		
製造年月	2005年				

チェック項目		チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 稼働時間 0 H
- 到達圧力 9.57×10^{-4} Pa
- アラーム発生無 異音・振動等異常無 良品と判断する。(確認時オイルが入っていなかった為、純正オイルを規定量注入)



ノーマル状態



到達圧力(ノーマル到達時)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

入力 (備考欄コメント)
動作(OK)