

管理番号

G60496

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年4月6日				
商品名	CCDカメラ	電源	DC24V		
型式	CV-750(モニタ)	CCDカメラ	CV-070		
メーカー名	キーエンス				
Serial No	K7120826				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 電源投入(モニタ/カメラ)⇒問題なし。
- 2 撮影画像⇒問題なし。



取扱説明書: 無

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数[ 1.0 hr ]

※24V電源、照明及びスタンドは付属していません。

検査担当者[ 雨宮 ]

