

管理番号

GA0485

検査日	2017年 9月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	シャドーグラフ	照明	ハロゲンランプ 12V 100W		
型式	L-150	傾斜台	15度		
メーカー名	溝尻光学工業所	測定面積	φ 150mm		
機械Ser.No	6990	スクリーン	φ 250mm		
製造年月	平成16年9月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 電源(照明)投入確認⇒問題なし 図1 図2参照
2. 対象物投影状態確認⇒問題なし 図2参照



図1



図2

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2022年3月23日	再動作(試料観察確認)⇒問題なし。	雨宮

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1 H ]

検査担当者[ 雨宮(耕) ]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

