管理番号

GA0525

検査日	2017年　9月　　20日
商品名	オシロスコープ
型式	22-320
メーカー名	Wittig Technologies
機械Ser,No	―
製造年月	年　　月

（機械の仕様・規格を記入する。）

電源電圧	AC 100V アダプター 1.5V×6本電池	垂直感度	2mV～40V
電源周波数	50 / 60 Hz	入力インピーダンス	1MΩ±1.0%
帯域幅	2MHZ		
CH数	2		
最高サンプルレート	20MS/s		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	―
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類　○ POWER/SW　確認

○ VERTICAL関係SW, HORIZONTAL関係SW, TRIGGER関係SW　確認

○ STDBY/SW　確認

◎ 表示類　○ 波形表示、数値表示　確認

○ ソフトKEY全入力 23箇所　確認

◎ 動作　○ 波形観測　確認

SIN波　,500KHz ,2Vpp

取扱説明書（有）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（ OK ）　作業工数[6H　]

検査担当者[　赤木　]

ユーザー名【　】出荷日　　年　　月　　日