

動作確認チェックシート

検査日	2023年1月31日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	イルミネーター (高照度ハロゲン照明装置)	電源電圧	1φ 100V	
型式	電源:1515D/ランプハウス:15HF1		DC15V/150W	
メーカー名	セナーアンドバーンズ	周波数	50/60Hz	
機械Ser.No	0449/0107			
製造年月	一年 一 月			



チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1.外観確認実施⇒外観OK

2.通電動作確認実施⇒ファン等の異常音なし及びランプ点灯安定性動作OK

(照度レベルゲージの指針がないが問題ありません)



取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[1.0 hr]

検査担当者[雨宮]

