

動作確認チェックシート

検査日	2017年 2月 1日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	スキー研磨機	電源電圧	AC100v
型式	SG-500HR	装置外寸	840×580×1600
メーカー	ニューロング	研磨ストローク	500mm
製造年	2003 4		
製造番号	009-1055		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 装置電源投入、手動動作、自動動作共に問題なし。
 - 2 非常停止動作問題なし、エア漏れ、異音等無し。
- * スキーは幅23mmのホルダーに取り付けて研磨する。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]
 検査担当者[横内]
 ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

