

動作確認チェックシート

検査日	2018年 3月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	真空包装機	電源電圧	AC200v 50/60Hz 2.5kw
型式	FN20-AGNPS	装置外寸	900x750x1160
メーカー	エヌピーシー	ワークサイズ	600x450x150
製造番号	980106	真空ポンプ	エリコン SV100B

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 真空包装、ガス封入共に問題なし、タイマー変更もOK。
- 2 真空ポンプ異音、オイル漏れ等無し。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日

