

動作確認チェックシート

検査日	2018年 12月 7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コールドライト	製造年月	不明	ランプ形式	JCR12V100W10H
型式	KTX-100E	電源電圧	AC100V	外径寸法	70×220×160mm
メーカー名	ケンコー・トキナー	周波数	50/60Hz	レンズ形式	HLL301
機械Ser.No	12120272	消費電流	1.7A		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認実施⇒外観OK
2. フレキシブルアームの動作確認実施⇒問題なしOK
3. 通電動作確認実施⇒ファン等の異常音なし。ランプの点灯・安定・調整OK



外観



点灯時(3目盛り)



対象物から100mm
離れた所から照射

照射光直径: 約45mm



点灯時(MAX)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

2023.01.06 再点検。(レンズカバー交換 Tokina 1011=比べ小径のため、照度も小径)
照度計(CUSTOM製 LX-1334)でライトから約300mm離れた位置を測定。MAX時 4080lx、Min時 287lx OK。(野沢 早苗)

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.0 H]

検査担当者[小池 義典]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

