


## 動作確認チェックシート

検査日	2024年 9月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ	到達温度	15(K)以下		
型式	U8HSP	フランジ径	VG200		
メーカー名	アルバック	排気速度	4000L/S		
機械Ser.No	9710168	重量	34Kg		
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・到達圧力:  $2.6 \times 10^{-4}$  Pa

・到達温度: 15K

取扱説明書(有) \* 在庫品(C30)と接続し動作確認致しました。

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日

