

動作確認チェックシート

検査日	2023年 7月31日		(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	水冷
型式	GX600L	周波数	50・60 Hz	排気速度	10333L/min
メーカー名	エドワーズ	到達圧力(規格値)	7×10^{-2} Pa	積算時間	4892h
機械Ser.No	119383259	吸気口	ISO100	外寸	W280 D850 H700
製造年月	不明	排気口	NW25	重量	230Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等)は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	※1○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



DP電流値: 4.9A

※1到達圧力: 4.1×10^{-1} Pa

MBP電流値: 3.6A

* 暖気運転90分後、再起動時の測定値です。

取扱説明書(無)

* 規格値内にてご使用の際はオーバーホールをお勧め致します。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日



DRYポンプチェック表

動作前確認			管理番号:	型式:	製造番号:
モーターチェック			特記事項		
端子台破損	有	無			
電源ケーブル	有	無			
外観チェック			特記事項		
架台	有	無			
キャスター	有	無			
防振ゴム	有	無			
オイル量	適量	減少			
オイル汚れ	有	無			
オイル漏れ	有	無			
注入栓	有	無			
ドレンプラグ	有	無			
冷却水カブラ	有	無			
N2ポートロ	有	無			
吸気フランジ	有	無			
排気フランジ	有	無			
動作時確認					
起動時の異音	有	無			
起動時の振動	有	無			
	到達圧力	電流値	特記事項		
起動15分以内圧力確認	Pa	A			
最終圧力確認	Pa	A			
運転目安時間 2H以内	実働時間	H			
出荷前確認					
オイル漏れ	有	無			
冷却水抜き取り	実施	未実施	* 冬季は要注意		