

管理番号

GC1458

再通電確認チェックシート

検査日	2022年4月12日		(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	水晶発振式成膜コントローラー	電源	AC85～230V		
型式	CRTM-9000G	周波数	50/60Hz 60W		
メーカー名	アルバック	質量	8.0Kg		
機械Ser.No	000846	外寸	W480×D360×H150		
製造年月	—				

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・通電にてモニター画面の確認を実施致しました。



* 電源 ON



* 通電時 Menu画面

* 通電時参考画面を別紙に添付しております。

* 取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

通電(OK) 作業工数[2.5H]

検査担当者[立野]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

GC1458 水晶発振式成膜コントローラー (通電時参考画面)

MENU画面



1-1 DATA DISPLY



1-3 CALC TOOLING & Z-RATIO



1-4 MATERIAL TABLE



1-5 MAINTENANCE



1-2 PROGRAM (PROGRAM MENU)



2-1 SYSTEM PARAMETER



2-2 DEPO PROGRAM



2-3 PROCESS PROGRAM



2-4 INPUT PORT PROGRAM



2-5 OUTPUT PORT PROGRAM

