

管理番号

GC1599

動作確認チェックシート

検査日	2023年 8月 28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DAQSTATION	電源	AC100V~240 φ1	外観寸法	W285xD240xH345
型式	DX220-1-1	周波数	50/60Hz	重量	8.3Kg
メーカー名	横河電機	測定、記録仕様	メーカーHP参照		
Ser,No	S5D84307				
製造年月	2004				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認 / 問題なし



2. 機器の動作確認 / 問題なし

スイッチ、画面表示の動作、表示確認



3. DC電圧の測定確認 / 問題なし

メトロニクス製/DC電源5244Aで出力電圧値を測定する



25V確認



50V確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考コメント)

(責任者)

動作確認(OK) 作業工数【 4 】H

検査担当者(Usunabe)

ユーザー名【 】 出荷日 年 月 日

天野