管理番号

GE9RA5

動作確認チェックシート

検査日	2014年 12月 22日	（機械の仕様・規格を記入する。）	
商品名	遠心機	電源電圧	AC100v 50/60Hz 10A
型式	H-100F		
メーカー名	㈱コクサン	回転数	0～3000rpm
		装置寸法	540×540×540
機械S/N	116313		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　タイマー及び回転数の設定及び動作問題なし。

操作説明書（無し）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[2H]

検査担当者[　横内　]

ユーザー名 [　　] 出荷日　　年　　月　　日