

# 動作確認チェックシート

検査日	2016年 8月 27日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	卓上型クイックホモミキサー	電源電圧	100V 単相 0.36KW, 6.3A	
型式	LR-1A	周波数	50/60 Hz	
メーカー名	みずほ工業(株)	最高回転数	12,000 rpm	
機械Ser.No				
製造年月	2012年 12月			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ 電源SW, 速度設定ボリューム 確認

◎ 表示類 ○ 回転数表示 確認  
○ 電流計 確認

◎ 動作 ○ 容器中 水= 2.4L HEAD部浸水  
設定 12,000 rpm



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2021年7月20日	再動作OK	Σ 12

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2H]

検査担当者[ 佐藤 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

