

動作確認チェックシート

検査日	2020年6月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クイックホモミキサー	電源電圧	AC100V4A	コントローラー寸法	160x230x250
型式	LA-1	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	みずほ工業	回転数(MAX)	12000rpm		
機械Ser.No		モーター	0.22kw		
製造年月	1992	スタンド寸法	400x320x850		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 回転数、MAX12000rpm以上確認、回転数電流変化で10rpm位(ミキサー垂直)変化、SW、メーター、回転数VR、問題無し。



取扱説明書(無)

コントローラー



スタンド



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2021年7月19日	再動作OK。	上田

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

