

管理番号

H20465

動作確認チェックシート

電子式精密長期自記温湿度計

検査日	2017年 9月 28日			
型式	3-3126	電源	単2乾電池×2本	
メーカー名	いすゞ製作所	温度範囲	-15~40℃	
機械Ser.No	11260104	湿度範囲	0~100%	
製造年月	—			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
4 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	—
5 SW設定	SWの機能は正常か。	○
6 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 単2乾電池×2本投入—稼働ランプ点滅開始問題なし。
- 稼働日数切換ボタン動作確認—問題なし。
- 温湿度プロット確認—問題なし。(弊社動作チェック済デシケーター内設置にて比較確認実施 図1参照)
- 温湿度結果—同条件にて同機種5台を比較、誤差確認。(約5時間)



図1



図2



図3



図4



図5
4~5時間後




図6
温度: 22~26℃位で推移
湿度: 42~48%で推移

(※温度湿度の傾向は殆んど同じであり
現状実機の性能です)

取扱説明書(無) (※図2~図3は弊社動作チェック済デシケーター内
図1及び図2はデシケーター外観)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[5 H]	
検査担当者[雨宮(耕)]		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	