

管理番号

H20685

動作確認チェックシート

検査日	2019年 1月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	テープテンションゲージ	大きさ(W×D×H)	80×140×43		
型式	T2-H5-1	測定範囲	0~140g		
メーカー名	TENDEL		0~4.9オンス		
機械Ser.No	2194J				
製造年月	1993年2月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	-
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 付属のおもり付テープでキャリブレーション実施。

重量1オンス、1/4インチ幅テープで1オンスを測定、調整実施し問題なし。



※キャリブレーション時調整用テープ付おもり、3/32インチL型レンチが付属している。

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2020年1月15日	収納ケース内下部スポンジ劣化・粉拭きのため除去。エアークャップビニル使用で収納。	野沢

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[野沢]

