

管理番号

H20796

動作確認チェックシート

検査日	2019年 1月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	テープテンションゲージ	大きさ(W×D×H)	80×140×50		
型式	T2-M30-P	測定範囲	2~30g		
メーカー名	TENDEL		0~1.1オンス		
機械Ser.No	7127C				
製造年月	不明				


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	-
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 付属のおもり付テープを用いてキャリブレーション実施。

重量1オンス、3/4インチ幅VHSテープで1オンスを測定。キャリブレーション時の調整ネジを回しても1オンス以上(メータ振り切れ)となり調整不可。

キャリブレーションNG(調整不可)



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[0.8H]

検査担当者[野沢]