

管理番号

H40554



## 再動作確認チェックシート

検査日	2023年12月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ	到達温度	15K以下		
型式	CRYO-U10HL	冷却降下時間	110/100min (50/60Hz)		
メーカー名	アルバック	フランジ径	VG250		
機械Ser.No	1112495	重量	34kg		
製造年月	—				

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・C30MT (在庫品:H60588)を使用し動作確認実施

・到達圧力:  $3.7 \times 10^{-4}$  Pa

\* 到達温度: 専用機器が付属されていない為、未計測

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

天野

ASK INDEX