管理番号

H40722

動作確認チェックシート

検査日	2020年2月20日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電流値	単相 100V	4.8A（50Hz）	6.0A（60HZ）
型式	VT4.8	電源・電流値	単相 200V	2.4A（50Hz）	3.0A（60Hz）
メーカー名	ベッカー	モーター出力	0.35/0.42KW	冷却法	空冷
機械Ser,No	2658464	吸気口径	3/8	排気口	排気サイレンサー
製造年月	2009年	規格値（到達圧力）	−85KPa	重量	12Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

電流値：2.4A　　到達圧力：−85.3KPa

＊単相 200V結線にて暖気運転を約60分間実施、その後再起動した際の到達圧力です。

取扱説明書（ 無 ）　＊到達圧力は規格値を満たしております。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（ OK ）　作業工数[2.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日