管理番号

H40821

動作確認チェックシート(ウオータバス)

検査日	2017年　8月　28日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ウオーターバス	電源電圧	120V　単相　8.5A		
型式	205	周波数	60 Hz		
メーカー名	フィシャーサイエンス	有効槽内容積	5L		
機械Ser,No	508N0605	温度設定	室温～100℃		
製造年月	—	大きさ(W×D×H)	360x 290x 360		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	絶縁抵抗	ライン、匡体間　(テスタで確認。・・・メガΩテスタ使用の場合は部品破損注意)	○
5	消費電流	クランプで実測。	-
6	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 表示は60Hzあるが、50Hzにて確認した。起動・運転の動作に問題なし。

2 槽内に水4L入れ確認した。槽水漏れなし

3 設定温度と槽内の温度差が大きいので温度補正0.6℃を入力した。

4 温度設定を35～70℃まで変化させ上昇温度を確認した。問題なし

装置本体

室温(℃)	29

デジタル温度計
AsONE　TM-300

	温度						
設定温度(℃)	30	40	50	60	70	80	90
測定温度(℃)	31	40	50	60	70	81	90
時間(min)	1.3	19	19	19	19	24	29

取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作(OK・NG)　作業工数[　6H]

検査担当者[　雨宮　孝]

ユーザー名【　】出荷日　　年　　月　　日