

管理番号

H40959

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2023年1月17日
名称	実態顕微鏡
メーカー	ニコン
型式	—
S/N	229127
年式	—

【外観】



【仕様】

照明	詳細不明	鏡筒	双眼鏡筒
		ステージ	150x180mm
総合倍率	20x	ランプ電源	C-FP115
			100-120V 0.4A 50/60Hz
接眼レンズ	N10x	その他	テンション機能有

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	問題なし。
外観	問題なし。
照明	問題なし。
駆動系	問題なし。

取扱説明書: 無

視野内画像



視野内20x画像

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数[1.0 hr]

検査担当者[加藤(愛)]

