

管理番号

**H41195**

# 動作確認チェックシート

検査日	2018年8月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空計	電源	AC100V		
型式	M-832HG	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アネルバ				
機械Ser.No	PP042Q68				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 絶縁抵抗	ライン、匡体間 (テストで確認。・・・メガΩテスト使用の場合は部品破損注意)	
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社真空ポンプ、アルカテル1005SD、弊社真空度計でMAX4.  $1 \times 10^0$ まで引き確認。測定子MG-2  $2.1 \times 10^0$ サーモカップル測定子TG-550B各 $0 \times 10^{-1}$ を表示、各操作機能問題なし。前面パネル黒マジック書き込み有り。BA1 BA2フィラメント切替問題なし。



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

